



CLINICA SAN MARTINO

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER L'ESECUZIONE DI PELVIGRAFIA / DEFECOGRAFIA / COLPOCISTODEFECOGRAFIA

- Effettuare un clistere di pulizia prima di partire da casa (Clismalax o Clismafeed da 125-250 ml);
- Presentarsi in accettazione 2h e 30min in anticipo rispetto all'orario dell'appuntamento;
- Il BARIO sarà somministrato circa 1,5 – 2 h prima dell'esame (cisto-colpo-defecografia);
- Dopo l'assunzione del BARIO il paziente sarà libero di muoversi in attesa dell'esame;
- L'esame è eseguibile anche durante il ciclo mestruale;
- Il paziente potrà mangiare sia la sera prima che il giorno stesso, prima e dopo l'assunzione del BARIO.

Particolari indicazioni:

I pazienti che devono eseguire anche altri esami (ad esempio manometria anorettale o ecografia trans-ale a sonda rotante) nella stessa seduta dovranno eseguire il clistere di pulizia nelle 2 ore antecedenti all'appuntamento. Il bario verrà somministrato prima dei suddetti esami. Gli esami saranno eseguiti nel periodo fra l'assunzione del bario e la defecografia / cisto-colpo-defecografia con opacizzazione ileare. Al termine della procedura il paziente potrà nuovamente riprendere tutte le attività e alimentarsi a piacimento. È possibile la sensazione di pesantezza addominale dopo l'assunzione del BARIO. Il BARIO non provoca scariche diarroiche.

Al **termine** della procedura il paziente potrà nuovamente riprendere tutte le attività e **alimentarsi a piacimento**. È possibile la sensazione di pesantezza addominale dopo l'assunzione del BARIO. Il BARIO non provoca scariche diarroiche.

A cosa serve la colpocistodefecografia?

La **colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare** è utile per l'individuazione di **prolassi retto-anali**, eventualmente associati a quelli **uterini** e **vescicali**, e per lo studio di malattie funzionali, quali la stipsi, la defecazione ostruita e l'incontinenza fecale.

Come si svolge la colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare?

La **colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare** è un esame indolore, eseguito con una preventiva introduzione di mezzo di contrasto iodato non ionico in vescica, di bario in intestino tenue (assunzione per bocca) e di bario in cavità vaginale e rettale, al fine di renderli visibili all'esame radiologico.

Il **paziente** viene fatto sedere su una sedia di materiale radiotrasparente che consente l'**osservazione radioscopica**. Nel corso dell'esame viene analizzata la dinamica evacuativa, e le sue alterazioni, e la morfologia degli organi in esami al fine di osservarne eventuali alterazioni per permettere successivamente adeguate valutazioni terapeutiche al chirurgo proctologo.

Durata della colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare:

La colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare dura mediamente **15/20 minuti**.

Controindicazioni della colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare:

Rappresentano controindicazioni all'effettuazione della **colpo-cisto-defecografia** eventuali conosciute allergie al **mezzo di contrasto**, il bario o lo iodio (che devono essere riferite al medico esecutore).

La metodica può essere eseguita anche in corso del **ciclo mestruale**.

La **gravidanza** è senza alcun dubbio una **controindicazione assoluta** all'esecuzione dell'esame ed il solo sospetto **deve** essere comunicato agli operatori sanitari.

Clinica San Martino s.r.l.

Sede Legale:

Via Paradiso angolo Via Selvetta 1
23864 Malgrate (LC)
Tel. 0341 1695111

Sedi Operative:

23864 Malgrate (LC) | Via Paradiso angolo Via Selvetta

Dir. San.

Dottor Alessandro Rampa